

Danisense A/S
Malervej 10
DK-2630 Taastrup

Att.: Morten Birkerød Lillholm

31. oktober 2025
Sag 04-0613

Vedrørende akkreditering nr. 613 - tillæg til afgørelse

Hermed meddeles følgende ændringer til DANAKs afgørelse som meddelt i afgørelse af 13. juni 2025:

Ændring: Udvidelse med AC strøm (53 Hz) og fase i området 1 A til 2100 A, -180° til $+180^\circ$, jf Bilag 1.

Dette tillæg til afgørelse er gældende fra dags dato, idet de øvrige for akkrediteringen gældende vilkår fortsat er gældende.

Med venlig hilsen

Akkrediteringskomité

Ledende assessor

#	Unik ID	Kalibreringsområde	Udstyr	Målestørrelse	Måleområde nedre grænse	Måleområde øvre grænse	U(CMC) i nedre grænse	U(CMC) i øvre grænse	Arbejdsnormal	Metode	Bemærkning
1	A02-1	Elektricitet DC og LF	Elektrisk måleudstyr (AC)	Strøm (AC) (53 Hz)	1 A	1200 A	12 ppm	12 ppm	AC/DC Strømtransducer	A02	AC/DC strømtransducer med spændingsudgang
2	A02-2	Elektricitet DC og LF	Elektrisk måleudstyr (AC)	Fase (1 A RMS - 1200 A RMS)	-180 °	180 °	2 m°	2 m°	AC/DC Strømtransducer	A02	AC/DC strømtransducer med spændingsudgang
3	A03-1	Elektricitet DC og LF	Elektrisk måleudstyr (AC)	Strøm (AC) (53 Hz)	1 A	1200 A	10 ppm	10 ppm	AC/DC Strømtransducer	A03	AC/DC strømtransducer med strømudgang
4	A03-2	Elektricitet DC og LF	Elektrisk måleudstyr (AC)	Fase (1 A RMS - 1200 A RMS)	-180 °	180 °	0,9 m°	0,9 m°	AC/DC Strømtransducer	A03	AC/DC strømtransducer med strømudgang